

Betjeningsvejledning Day Care Stol

2-2017



ISO 13485
Management System Certification

BUREAU VERITAS
Certification Denmark AIS



Betjeningsvejledning

Day Care Stol

2-2017

Indholdsfortegnelsen

1. Introduktion.....	3
2. Udpakning	3
3. Generelle forsigtigheds regler	4
4. Anvendelsesområde	5
5. Levetid for produktet	5
6. Udstyr og tilbehør	5
7. Tilslutning til strøm.....	6
8. Opladning af batterierne.....	6
9. Elektrisk betjening	7
10. Manuel betjening af Stol	8
11. Trendelenburg.....	9
12. Nød firkobling (tilbehør).....	10
13. Sengehest (tilbehør)	11
14. Iltflaskeholder (tilbehør).....	12
15. Dropstativholder (tilbehør)	12
16. Armbord (tilbehør)	13
17. Tekniske specifikationer	13
18. Håndtering af dele ved adskillelse/ løft.....	14
19. Rengøring.....	14
20. Vedligehold	14
21. Service	15
22. Transport og opbevaring	15
23. Bortskaffelse	16
24. Elektromagnetisk – EMC påvirkning	16
25. Garanti	16
26. Symbol forklaring.....	17
Bilag A (Informativt) Periodisk eftersyn	18
Bilag B Vejledning dagligt eftersyn af Stol inden anvendelse	19
Bilag C Vejledning 12 måneders eftersyn af Stol	20
Bilag D Mål tegning	22
Bilag E Reservedels liste	23
Bilag F Fejlfinding.....	24

Betjeningsvejledning

Day Care Stol

2-2017

1. Introduktion

Rehab-Care ApS ønsker tillykke med deres nye udstyr.

Rehab-Care senge og Stole er et moderne og tidssvarende produkt, som baserer på vores mangeårige erfaring på området. Dette udstyr gør det muligt at øge funktionalitet, kvalitet og håndtering på en og samme gang, og er dermed en optimal løsning.

Gennem kontinuerlig udvikling og i alle faser af vores fremstillingsproces bestræber vi os på omhyggelighed og kvalitetsbevidsthed, og Rehab-Care står derfor som garant for et meget driftssikkert og funktionelt produkt, der er kvalitetsmæssigt helt i top. Tilfredse kunder er det primære mål med vores produktudvikling.

Stolen opfylder kravene i henhold til det medicinske direktiv for klasse 1 produkter (Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 - MDR), samt følgende produkt standarder, EN60601-1, EN60601-1-2, IEC60601-2-52.

Tak for Deres tillid til vore produkter og for godt samarbejde. Vi ønsker Dem alt godt med Deres nye udstyr.

Mvh.
Rehab-Care ApS.

Version 02-10.01.2017

Fabrikant:



Rehab- Care.dk ApS
Avnvej 10
7400 Herning, DK

Agent:

2. Udpakning



















Pak stolen forsigtigt ud. Kontroller at alle dele inklusivt tilbehør er med.

Undersøg Stol for eventuelle transport skader.

Vi anbefaler at stolen rengøres før brug, se rengøringsanvisning.

Kontakt forhandler eller producent, hvis Stol er beskadiget eller ikke fungerer.

3. Generelle forsigtigheds regler

-  Advarsel ! Sprøjt aldrig direkte på produktet med højtryks rensere.
-  Advarsel ! Brug ikke kemikalier der ikke er godkendt, og gennemfør årlig service eftersyn for skader og brug.
-  Advarsel ! Brug ikke andre håndbetjeninger end den som er leveret sammen med produktet.
-  Advarsel ! Fremmedlegemer som trænger ind i hjulbanen, kan ødelægge/ beskadige Stols hjul.
-  Advarsel ! Der må ikke monteres andre hjul end de af producenten anbefalede.
-  Advarsel ! Stol må ikke løfte mere end 250 kg. SWL.
-  Advarsel ! Brug kun godkendte madrasser af samme type som følger med Stol.
-  Advarsel ! Før og under et løft skal der sikres mod klemningsfare for bruger og hjælper
-  Advarsel ! Stol må ikke bruges hvis der er mistanke om Stols funktioner
-  Advarsel ! Stol er IKKE godkendt til anvendelse i private boliger.
-  Advarsel ! Stol må ikke anvendes af børn under 12 år.
-  Advarsel ! Hvor patienter ikke er under opsyn, sænkes Stol til laveste position for at reducere risiko for faldeulykker.
-  Advarsel ! Forkert brug af strøm kabler, strøm forsyning, håndbetjening, eller mekaniske skader på Stol, kan forårsage risiko for hændelser.
-  Advarsel ! Vær opmærksom på at ledninger ikke kommer i klemme.
-  Advarsel ! Stole må ikke stables oven på hinanden.
-  Advarsel ! Brug af andet tilbehør end det specificerede af producenten, kan resultere i manglende overensstemmelse med CE godkendelse, øget emission eller ændring i el- sikkerhed.
-  Advarsel ! Ved ændring af sengehestens stillinger, skal man være opmærksom på ikke at få finger i klemme, når sengehesten lukker sammen.
-  Advarsel ! Anvendelse af trendelenburg funktion må kun anvendes efter hospitalets interne sikkerhedsregler, da anvendelse kan medføre øget sundheds risiko for visse patient grupper.

OBS! Før brug

For at undgå skader i forbindelse med håndtering og brugen af produkt, skal denne betjeningsvejledning læses igennem og forstås inden produktet tages i brug.

Betjeningsvejledning

Day Care Stol

2-2017

4. Anvendelsesområde

Bruges af hospitals- og sundhedssektoren, som transportstol mellem operation og opvågning eller til forundersøgelser.

Stol er beregnet til indendørs brug.

Stol Safe Working load (SWL) er opgjort således:

SWL: 250 kg.
Patient: 180 kg.
Madras: 10 kg.
Tilbehør: 10 kg.

Personer med fysisk eller psykisk begrænsninger må ikke anvende produktet, uden at disse er under opsyn, eller har modtaget passende oplæring i anvendelse af udstyrets korrekte anvendelse, indstillinger og betjenings anordninger.

Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med produktet.



Advarsel! Stol er ikke testet og vurderet i forhold til anvendelse i private boliger, anvend derfor ikke produkt i private boliger



Advarsel! Stol må ikke anvendes af børn under 12 år

5. Levetid for produktet

Produktet har en forventet levetid på 10 år.

Levetid er baseret på korrekt brug, rengøring, service og vedligehold.

Produkter som anvendes ud over den ovennævnte levetid, skal vurderes af kvalificeret servicepersonale for fremtidig anvendelse.

Det er brugeres ansvar løbende at vurdere om produkt kan anvendes ud over den angivne levetid.

Elektriske dele må kun serviceres af uddannede teknikere.

6. Udstyr og tilbehør

Stol består af:

- Understel på hjul med 3- delt liggeflade
- Elektrisk håndbetjening til alle funktioner
- Trendelenburg funktion
- Aftagelige armlæn

Tilbehør kan tilkøbes:

- Betjening via fodpedal
- Sidebord
- Dropstativ
- Papirholder
- holder til iltflaske

Betjeningsvejledning Day Care Stol

2-2017

7. Tilslutning til strøm

Tilslut Stols hovedkabel til stikkontakt på lysnettet.

Stol er forsynet med transformer 230V DC.

Når laderen ikke er i brug, vikles ledning op.



Ved tilslutning kontroller kabler for brud eller revner på ledning



Hvis strømmen til Stolt skal afbrydes, fjern da stikket fra stikkontakten

8. Opladning af batterierne

For at sikre længst mulig levetid på Deres batteriboks, skal denne oplades inden brug. Lade tider er afhængig af batteriets kondition.

Inden Stolt anvendes første gang, oplades **batteri i 24 timer**, for at sikre at dette oplades fuldt og for at sikre bedst mulig levetid på batteriet.

Efterfølgende har batterier en lade tid på **4 timer**.

9. Elektrisk betjening

Indstilling af Stol foretages med den elektriske håndbetjening.

Indstilling fremgår af piktogrammer på håndbetjening.

Stol kan betjenes af både hjælper og bruger.



Ved løft med patient, må max. patient vægt ikke overskrides



Ved løft vær da opmærksom på at SWL ikke overskrides



Tjek at der er fri plads over Stolt, inden den køres op



Stolt skal kunne køre frit og ubesværet op og ned



Kontroller at kabel til fjernbetjening er i god stand, og uden revner eller skader

Betjeningsvejledning Day Care Stol

2-2017

10. Manuel betjening af Stol

<p>Lås hjul / Bremse (bremsepedal)</p> 	<p>Ingen låsefunktion</p> <p>Bremsepedal i vandret stilling – ingen låse funktion.</p> <p>NOTE: hvis Stol kun skal vendes/ drejes skal pedal stå i vandret stilling.</p>
<p>Lås hjul / Bremse (bremsepedal)</p> 	<p>Sikret mod drejning og rulning</p> <p>Bremsepedal, rød trådt ned – Stol er sikret mod drejning og rulning (rød).</p>
<p>Lås hjul / Bremse (bremsepedal)</p> 	<p>Retningsstyr aktiveret</p> <p>Bremsepedal, grøn trådt ned - aktiverer retningsstyr funktion på hjul (ved transport).</p> <p>NOTE: hvis Stol kun skal vendes/ drejes skal retningsstyr funktion ikke aktiveres. Pedal skal da stå i vandret stilling.</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>Armlænene er styret af sædedelen således at de altid er parallel med sædedelen.</p> <p>For at lette adgangen til Stol kan armlænet vippes bagover.</p> <p>Armlænet kan afmonteres ved at trække vandret ud fra lejet, når armlænet er vippet bagover</p> <p>Under sædedelen er der plads til at parkere begge armlæn, når de ikke er i brug</p>
<p>Fodstøtte</p> 	<p>Elektrisk længde justering: 200 mm på håndbetjenings knap nr.4. Fodstøtten kan afmonteres ved at trække den lige op.</p> <p>Ekstra liggeflade længde regulering: Ved at vende fodstøtten 180 grader kan liggefladen udvides med 140 mm.</p>



11. Trendelenburg

Stolen kan indstilles i Trendelenburg (12 graders hældning), vha fjernbetjening (dobbelt knaps funktion) + ved at trykke på fodkontakten.



Advarsel !

Anvendelse af trendelenburg funktion må kun anvendes efter hospitalets interne sikkerheds regler, da anvendelse kan medføre øget sundheds risiko for visse patient grupper.

12. Nød firkobling (tilbehør)

Nød-frikobling af rygfunktion og manuel Trendelenburg funktion.

Ved el-svigt kan lejet manuelt frikobles og føres i Trendelenburg funktion. Dette betjenes af de 4 udløsergreb placeret på ryg-delen. De 2 øverste udløsergreb betjener ryg frikoblingen og de 2 nederste udløsergreb betjener sæde frikoblingen.


Betjenes ved:

1. Frikoble ryggen og styr den ned til horisontal position.
2. Frikoble sæde og tryk på rygdelen så lejet går i Trendelenburg.

Tilbage føring til normal position.

1. Sæde-frikoblingsgreb aktiveres og herefter trykkes ned på bendelen så sæde-delen går i horisontal position.
2. Rygdelen kan køres op med håndbetjeningen, vær opmærksom på at begge greb er tilbage i 0-position.

OBS funktionen er til i nødtilfælde at føre lejet i Trendelenburg.





13. Sengehest (tilbehør)

Kan monteres i begge sider på sæde delen. Med fjedre påvirket låsefunktion.

Betjenes ved:

1. Konusgreb trækkes op, hvorved sengehesten bliver låst op og kan vippes ned langs lejet. Sengehesten er også låst i nedfældet position.
2. Konusgreb trækkes ned, hvorved sengehesten bliver låst op og kan vippes op.


Konusgreb



14. Iltflaskeholder (tilbehør)

Iltflaskeholderen består af 2 jernringe, hvor den forreste er forsynet med iltflaske-stop og fingerskrue for låsning af iltflasken.

Vær opmærksom på at iltflasken er skubbet helt frem mod stoppet og fingerskruen er spændt således af iltflasken fastholdes.




15. Dropstativholder (tilbehør)

Dropstativholder sidder sammen med ophæng for armlæn bag på ryg-delen.

Dropstativholderen bliver parralle styret sammen med sæde-delen.


Når der ikke er placeret dropstativ i holderen kan denne skubbes ind.



16. Armbord (tilbehør)

Armbord kan placeres i begge armlæn og drejes rund og trække frem og tilbage trinløst.

Armbord.



Vær opmærksom på at armbordet er tomt inden armlænet vippes op og brugeren ikke sidder, så bord er i vejen og kan eventuelt vælte det som står på bordet.

17. Tekniske specifikationer

17.1 Valg af madras:

Der er fastmonteret hynder på Stol.

17.2 Vinkler og højder:

Vinkler og højder er angivet under punkt **D.1 Mål tegning – Stol**

Laveste - Målt fra gulv, til sæde top	57 cm
Højeste - Målt fra gulv, til sæde top	93 cm
Trendelenburg	12 grader

Maks. Bredde:	885 mm	Ben-del længde:	700 mm
Min. Bredde: (uden armlæn)	600 mm	Bremsehjul diameter:	125 mm
Maks. Længde:	2210 mm	Vægt:	95 kg
Min. Længde:	1515 mm	Strøm krav:	230V~50Hz
Længde (liggeflade):	2100 mm	Armlæn må maks. belastes med:	30 kg
Bredde (liggeflade):	580 mm	Ben-delen må maks. belastes med:	50 kg
Ryg-del længde:	845 mm	Ryg-delen må maks. belastes med:	50 kg
Sæde-del længde:	520 mm		

18. Håndtering af dele ved adskillelse/ løft

Aftagelige armløn.

19. Rengøring

Stol rengøres med rengørings- eller desinficeringsmiddel, ved hjælp af børste eller svamp, der efterfølgende evt. bruses eller spules. Tørres grundigt efter vask.

Opløsningsmidler i stærkt koncentreret form må ikke anvendes.

Der må ikke anvendes 100 % klor opløsninger.

Stol tåler **ikke** autoklaving.

Ved rengøring af hjul, må kun anvendes rengøringsmidler, som ikke indeholder korrosionsfremmende og skadelige stoffer.

Madras rengøres på begge sider, med let opvredet klud og sæbe/ rengøringsmidler.



Advarsel!
Sprøjt aldrig direkte på produktet med højtryks rensere.



Advarsel!
Rengøring med damp er ikke tilladt.



Advarsel!
Tåler ikke maskinvask.

20. Vedligehold

Hjul holdes fri for hår og snavs.

Årligt eftersyn anbefales.

Bevægelige dele kontrolleres, efterspændes og smøres.

Slidte Stole udskiftes.

Batteri udskiftes efter behov.

21. Service

Det anbefales, at Stol gennemgår et årligt serviceeftersyn, som udføres af kvalificeret personale. Det er ejeren af Stol der skal sørge for, at serviceeftersynet bliver udført. Der skal oprettes en serviceprotokol for det kontrollerede Stol. Protokollen skal underskrives af kunden efter hvert eftersyn. Hvis serviceteknikeren opdager en alvorlig fejl på Stol, er han pligtig til at sørge for, at Stol tages ud af brug, hvis fejlen indebærer en sikkerhedsrisiko.

Service, reparationer og andet ekstraordinært arbejde på Stol mellem serviceeftersynene skal noteres på serviceprotokollen.

21.1 Service - AKTUATORER

Aktuatorer/ løftemotor skal udskiftes efter 11.000 cycles eller min hver 5 år. Udskiftning af aktuatorer må kun udføres af autoriseret service personale.

21.2 Service - HJUL

Hjul skal regelmæssigt serviceres efter behov: Efterspænding. Stol har lukkede støvtætte lejer: Smøring ikke relevant.

Der må kun anvendes rengøringsmidler, som ikke indeholder korrosionsfremmende og skadelige stoffer.

Hjul og dele skal udskiftes, så snart der opstår driftsforstyrrelser.

21.3 Service - BATTERI

Hvis Stol ikke virker som normalt og batterierne er fuldt opladede, kan det skyldes, at levetiden på batteriet er overskredet, og skal derfor udskiftes.

Udskiftning må kun foretages af kompetent personale.

Anvend kun originale reservedele


22. Transport og opbevaring

Hvis Stol ikke skal anvendes i længere tid, anbefales det at Stol overdækkes så det beskyttes mod støv og skidt. Ligeledes anbefales det, hvis Stol ikke anvendes i længere tid, at fjerne batteri, da batteriernes levetid reduceres kraftigt, hvis de bliver helt afladt.

Stol bør opbevares frostfrit samt ikke over normal luftfugtighed (ca. 80 %).

Krav i forbindelse med lager og transport:

- Luftfugtighed mellem 10 og 80 %
- Temperatur mellem -30 og 40 Grader C
- Tryk mellem 700 – 1100 hPa



23. Bortskaffelse

Ved bortskaffelse adskilles Stol i elektronisk affald, metal affald og madras.
Elektronik affald skal bortskaffes efter gældende regler. Må ikke bortskaffes med dagrenovation.

24. Elektromagnetisk – EMC påvirkning

Bærbart og mobilt RF kommunikationsudstyr (for eksempel mobil telefoner) kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

Anvendelse af andet tilbehør og andre kabler end de specificerede, kan resultere i øget emission eller reduceret enhedens immunitet.

Elforsyning via net-strøm skal være af den kvalitet, som er normal i erhvervs- og hospitalsmiljø.

25. Garanti

I henhold til købeloven er der 2 års garanti på Stol.

Garantien bortfalder i følgende tilfælde:

1. Overbelastning af Stol.
2. Voldsomt brug af Stol.
3. Betjeningsfejl, forkert brug af Stol.
4. Manglende eller forkert vedligeholdelse.
5. Hvis elektriske LINAK dele åbnes eller har været anvendt forkert.

Ved reklamation: Venligst oplys serie nr. Dette kan findes på produkt mærket, placeret ved hjulrammen.



Ved Rehab-Care bestræber vi os på kontinuerligt at forbedre produkterne.
Vi forbeholder os derfor retten til, at ændre produkterne uden forudgående meddelelse.
Alle mål der angives på skitser eller andet materiale er kun vejledende og der tages forbehold for fejl og mangler.

26. Symbol forklaring

Følgende symboler er anvendt på label og eller i denne betjeningsvejledning:



Advarsel, se tilhørende dokumenter



Bruger information

IPX4 CBJ Beskytter mod vand stænk
(Vand der sprøjter mod indkapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.)

IPX6 CB12 Vandstråler
(Kraftige vandstråler (12,5 mm dyse) mod indkapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.)



Klasse 2 udstyr





Type B udstyr (EN 60601-1)



Til indendørs brug



CE godkendelse direktiv Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 - MDR



Safe Working Load (SWL)
Patient maks vægt

Bilag A (Informativt) Periodisk eftersyn

Periodiske eftersyn

A.1 Periodisk eftersyn af Stol bør foretages på tidsintervaller angivet af producenten, dog mindst en gang om året. Ved periodiske eftersyn forstås en visuel undersøgelse, især af Stols bærende struktur, løftemaskine, bremses, styringer, sikkerhedsanordninger og person-hjælpemidler, ligesom der foretages funktionstest samt nødvendig vedligeholdelses foranstaltninger fx justering af bremses, stramning af skruer m.m.

Hver inspektion skal omfatte en test af et (1) løfte cyklus med den maksimale belastning.

A.2 Periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er passende og korrekt kvalificeret og har kendskab til konstruktion samt anvendelse og vedligehold af Stol.

A.3 Alle observationer af betydning for sikkerheden af Stol skal bemærkes, helst i en logbog, som skal opbevares af den person (er) med ansvar for servicering / vedligeholdelse af Stol.

Den dato, hvor der træffes foranstaltninger, som reaktion på konstaterede observationer, bør også noteres i skemaet.

A.4 En fortegnelse over den dato, hvor inspektion af Stol og inspektion resultatet skal noteres i logbogen sammen med undertegnelsen af inspektøren.

A.5 Hvis periodisk eftersyn afslører nogen fejl, slid eller andre skader, der truer sikkerheden i Stol skal ejeren straks underrettes. I tilfælde af umiddelbar fare for sikkerheden, bør Stol straks tages ud af drift. Den kan da ikke bruges, før manglen er blevet elimineret.

A.6 Mangler og skader af betydning for sikkerheden af Stol, der er sket mellem inspektionerne og allerede har ført til korrigerende indgreb skal indføres i logbogen.

A.7 Fejl og skader skal rapporteres tilbage til producent/ forhandler. Denne feedback skal rapporteres i logbogen.

Betjeningsvejledning

Day Care Stol

2-2017

Bilag B Vejledning dagligt eftersyn af Stol inden anvendelse

Nr.	Check	Bemærkning
1	<ul style="list-style-type: none">Alle dele er på plads, ikke nogen løse dele	
2	<ul style="list-style-type: none">Der ikke er defekte el-dele, aktuatorer, ledninger	
3	<ul style="list-style-type: none">Der ikke er unormale lyde fra aktuatorer og styreboks	
4	<ul style="list-style-type: none">Stol ikke har rust eller overfladeskader	
5	<ul style="list-style-type: none">Stol ikke viser tegn på andre skader	
6	<ul style="list-style-type: none">Hjul og bremsefunktion ved hjul	
7	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at skruer og monterede dele er fastspændt, - dette omfatter Stol såvel som tilbehør, således at der ikke opstår unaturligt slør og store mellemrum	

Daglig rengøring

Fjern hår og støv omkring hjulene.

Stol rengøres med en let fugtig klud.

Uddybning:

Stol rengøres med rengørings- eller desinficeringsmiddel, ved hjælp af børste eller svamp, der efterfølgende evt. bruses eller spules. Tørres grundigt efter vask.

Opløsningsmidler i stærkt koncentreret form må ikke anvendes.

Der må ikke anvendes 100 % klor opløsninger.

Stol tåler **ikke** autoklaving.

Ved rengøring af hjul, må kun anvendes rengøringsmidler, som ikke indeholder korrosionsfremmende og skadelige stoffer.

Madras rengøres på begge sider, med let opvredet klud og sæbe/ rengøringsmidler.



Advarsel !

Sprøjt aldrig direkte på produktet med højtryks rensere.



Advarsel !

Rengøring med damp er ikke tilladt.



Advarsel !

Tåler ikke maskinvask.

Betjeningsvejledning

Day Care Stol

2-2017

Bilag C Vejledning 12 måneders eftersyn af Stol

(Udfyld / tilpas selv med yderligere kontroller som vurderes relevant)

Dato:		Produkt ID / serie nr.:
Udført af:		
Eftersyn foretaget hos:		

Nr.	Check	Bemærkning
	Visuel kontrol af produkt:	
1	- slitage	
2	- skævheder	
3	- beskadigelse generelt	
4	- begyndende rust	
5	- stabilitet ingen løse dele	
6	- hjul køre let og ubesværet	
7	- hjul lås fungere	
8	- kontroller sengehest for begyndende slid	
9	- kontroller madras for huller, snavs, eller beskadigelse	
10	- Kontroller at håndbetjening	
	Løftemotor/ aktuator:	
11	- kør Stol helt op og sikre at den stopper	
12	- Aktuatorer/ løftemotor skal udskiftes efter 11.000 cycles eller min hver 5 år	
13	Kontrol af alle funktioner ved normal brug: (testet ved max belastning, en hel cyklus. Skal kunne gøres uden besvær og uden skurrende lyde):	

Betjeningsvejledning Day Care Stol

2-2017

Bilag C vejledning 12 måneders eftersyn

	Elektriske dele / tilslutninger:	
14	Check at alle ledninger er hele	
15	Check at alle ledninger sikker på en sådan måde at de ikke kommer i klemme ved brug af Stol	
16	Check at ledninger er fri for revner, også på isolationen	
17	Check at alle elektriske dele er forsynet med mærkater som er læselige.	
18	Kontroller batteri og kontrolbokse er i god og passende stand, uden skader som kan påvirke sikkerheden	
	Andet:	
19	Rengør og smør efter behov	
20	Påsæt klister mærke med dato for næste eftersyn	
21		
22		



Dato: _____ Initialer/ underskrift: _____

Årligt eftersyn kan registreres elektronisk i produktets servicelog hos Rehab-Care.dk.
Kontakt Rehab-Care.dk for yderligere informationer.

Bilag D Mål tegning

Mål tegning

D1. Mål tegning – Stol



Betjeningsvejledning Day Care Stol

2-2017

Bilag E Reservedels liste

ITEM NO.	PART NUMBER	Description	Flad/QTY.
1	DSL20000	Day care stol	1
2	60x30 prop	60x30 plastprop	2
3	pedal-højre	Bremsepedal	1
4	pedal-venstre	Bremsepedal	1
5	Prop ø35-J	Plast prop	3
6	DSLHynde-ben	Hynde ben	1
7	DSLHynde-sæde	Hynde sæde	1
8	DSLHynde-ryg	Hynde ryg	1
9	Møskinsko ø56-M10		1
10	Link H8 forløbøjer	Service stik	1
11	PX0685 app-stik	Net stik run	1
12	DSL 2450	Fod hviler	1
13	60x40 PROPH-U1	Plastprop	1
14	DSLHynde-arm-2		1
15	DSLHynde-arm-venstre-2		1
16	App-stik-han		1
17	DSL-2411		1
18	DSL-2412		1
19	60x30 Flad oval	Plastprop grå 60x30 Flad oval	4
20	L-3000-11	Lukkeplade ved bremse	4

Rev	Dato	Titel	Scale
A	24-11-18	rev 1	1:8
rehab-care.dk			
Størrelse: A3			
Side: 1 of 2			
Description: Day Care stol komplet			
Scale: 1:8			
Page: A3			
Side: 1 of 2			
Author: JSD 2708-11-17			
Date: 15-11-17			
Scale: 1:8			
Material: A			
Drawing No: DSL-25000			
Rev: A			

Betjeningsvejledning

Day Care Stol

2-2017

Bilag F Fejlfinding

Nr.	Fejl	Mulig årsag	Løsning
1	Funktionssvigt	Er stikkontakten tændt?	Tænd stikkontakten
2	Funktionssvigt	Er alle stik presset godt i bund? (skal trykkes hårdt ind)	Pres stik hårdt i bund
3	Funktionssvigt	Er der synlige brud på ledninger?	Skift ledning
4	Funktionssvigt	Batteri	Isæt fuldt opladet batteri

Kontakt forhandleren, hvis Stol ikke fungerer korrekt.

Et defekt Stol må ikke benyttes.